



Fanison

air in control

NYT 3. ASETUSARVO

Sairaalan painesuhteiden valvonta- ja säätöjärjestelmä mahdollistaa halutun olosuhteen erilaisille potilas- ja apteekkitiloille




FP 304 - Sairaaloiden vaihdettavien painesuhteiden säätöjärjestelmä

- Järjestelmällä voidaan valvoa ja ylläpitää tilojen välisiä painesuhteita
- Käyttökohteita sairaalassa esim. eristystilat (ylipaine/alipaine), apteekkitilat
- Painesuhde tilojen välillä on vaihdettavissa esimerkiksi avainkytkimellä
- Asetusarvoja on kaksi tai kolme alueelta -50...+50 Pa (tyypillisesti -5 / 0 / +5 Pa)
- Hälytys häiriötilanteissa paikallisesti ääni- ja valomerkein henkilökunnalle
- Hälytys ja painenäyttö siirrettävissä muihin järjestelmiin
- Asetusarvot ohjelmoitavissa (halutut paineet, hälytysrajat, viiveet jne.)
- Ovien aukaisu voidaan ottaa huomioon ovikytkimillä
- Auki jääneestä ovesta saadaan hälytys
- Järjestelmään voidaan liittää useita lisänäyttöjä

KONSULTOINTI - KOMPONENTIT - KÄYTTÖÖNOTTO

JÄRJESTELMÄ FP 304

HUONEIDEN PAINESUHTEIDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
Painetaso on vaihdettavissa ja vapaasti ohjelmoitavissa



Ota meihin yhteyttä halutessasi tarkempia toteutusohjeita.
Katso myös suunnitteluohjeita (SO1) sivuiltamme www.fanison.fi/tiedostot.html.

Lukuisia referenssejä painesäätöjärjestelmistä sairaaloissa:

- Oulun yliopistollinen sairaala
- Keski-Suomen keskussairaala
- Kanta-Hämeen keskussairaala
- Lapin keskussairaala
- Pohjois-Karjalan keskussairaala
- Savonlinnan keskussairaala
- Vaasan keskussairaala
- Raahan sairaala
- Seinäjoen keskussairaala
- Kuopion yliopistollinen sairaala
- Päijät-Hämeen keskussairaala
- Tampereen yliopistollinen sairaala
- Pohjois-Karjalan keskussairaala
- Länsi-Pohjan keskussairaala
- Keski-Pohjanmaan keskussairaala
- Hyvinkään sairaala

Puh. 050-5277181 Jouko Eloranta
Puh. 050-5277182 Kari Kakkonen
Fax. 03-7811180

www.fanison.fi
Email: fanison@fanison.fi

Fanison Oy
Vesijärvenkatu 25c
15140 LAHTI